ACCUSOM

Prueba del sueño en el hogar

Manual del usuario

Para obtener asistencia en cualquier momento durante la prueba, llame al: 1-877-753-3776

1

One Night Test

Antes de comenzar

El dispositivo AccuSom™:

- No se puede usar con niños ni con bebés
- Solo registra los sonidos respiratorios, el nivel de oxígeno en la sangre y el esfuerzo respiratorio has no alarms and should not be used as monitor
- No tiene alarmas y no se debe utilizar para controlar la apnea
- No se debe utilizar en un ambiente ruidoso
- No se puede usar con una máquina CPAP o máquinas de oxígeno
- AccuSom no se debe utilizar cerca de agua, ni cualquier otro líquido
- No se debe usar con un cable de extensión

Carga del dispositivo:

NovaSom envía el dispositivo con carga completa. Si ha esperado más de tres días para comenzar la prueba, debe cargar el dispositivo. **No use el dispositivo mientras que esté cargando.**

Descripción y restricciones:

La Prueba del sueño en el hogar AccuSom es:

- un dispositivo médico utilizado en la evaluación de diagnóstico de apnea del
- sueño- un dispositivo que solo se puede usar con una receta médica y, por ley federal, este dispositivo solamente se puede vender a un médico, o ser usado como un médico indique

Contraindications:

No hay contraindicaciones para AccuSom.

Símbolos:

Battery

Output Voltage

Manufacturer

Power On/Off

Waste of Electronic and Electronic Equipment

Non-Ionizing Electromagnetic Radiation

Serial Number

Type BF Applied Part

Catalogue Number

Consult Accompanying Documents

Class II Equipment

Componentes del sistema

AccuSom™	Se utiliza en el brazo con una cinturón
Cargador	Para cargar el dispositivo y transmitir datos el día posterior a la prueba
Sensor del pecho	Se coloca alrededor del pecho para medir el esfuerzo respiratorio
Sensor del dedo	Se coloca en el dedo para medir los niveles de oxígeno en sangre y la frecuencia cardíaca
Sensor de respiración	Se coloca debajo de la nariz para medir el flujo de aire y los ronquidos



PASO 1: El sensor del pecho



1A. Conecte los broches negros debajo del pecho. El tubo se puede colocar por debajo o por encima de una camiseta delgada para dormir.

1B. Presione el botón negro y tire del tubo transparente para ajustarlo.

1C. Conecte el sensor al conexión ubicado en la parte superior del dispositivo

PASO 2: El sensor del dedo

2A. Quite cualquier esmalte de uñas oscuro antes de conectar el sensor al dedo índice. Si el sensor queda demasiado apretado o suelto en su dedo índice, puede usarlo en cualquier otro dedo, excepto en el pulgar.

2B. Conecte el sensor al conexión ubicado en la parte superior del dispositivo.

PASO 3: El sensor del respiración

3A.

Coloque el sensor de respiración debajo de su nariz (como en la imagen) con las dos pequeñas jorobas debajo de la nariz. El sensor está ubicado correctamente cuando el único agujero grande se encuentra a la derecha de su rostro. Ajuste el anillo deslizante hacia arriba, debajo del mentón.

Adhiera el sensor a su rostro con un trozo de 2 pulgadas de la cinta que se adjunta.



3B. Conecte el sensor al conexión ubicado en la parte inferior del dispositivo.

PASO 4: Encendido del dispositivo

4A.

- Encienda el dispositivo presionando el interruptor ON/OFF (Encendido/Apagado) con firmeza por 2 segundos y suéltelo.
- Las luces de los sensores van a parpadear hasta que todos los sensores estén correctamente ubicados.
- Cuando las luces de los sensores estén VERDES, el dispositivo anunciará "Ahora, el sistema está grabando."
- Si hay problema con un conector, el AccuSom anunciará "Revise los sensores" y una o más luces amarillas del dispositivo parpadearán, lo cual indica que se deben verificar los sensores.
- **Puede irse a dormir una vez que haya correctamente en el brazo**

PASO 5: Transmisión de los resultados de la prueba y carga del AccuSom™

La mañana POSTERIOR a la prueba, siga estas instrucciones en este orden exacto:

1. Desconecte todos los cables del dispositivo.
2. Enchufe el cargador a un tomacorriente de pared y luego conecte el cargador al dispositivo.
3. El dispositivo dirá "Cargando ahora." Si el dispositivo no dice "Cargando ahora," presione el interruptor ON/OFF con firmeza por 2 segundos y suéltelo.
4. Deje el dispositivo cargando al menos 30 minutos. Durante este tiempo, los resultados de la Prueba del sueño se transmitirán a NovaSom.

El dispositivo comenzará a cargar la batería automáticamente cuando el suministro de energía esté conectado. Durante la carga, se encenderá una luz de color naranja ubicado arriba del interruptor ON/OFF. Una vez que la carga esté completa, la luz naranja se apagará. Todas las otras luces excepto el indicador de color naranja, estarán apagadas durante la carga.

PASO 6: Para devolver el dispositivo

1. Coloque el AccuSom™ con todos los sensores, y los formularios llenados en la caja.
2. Coloque la etiqueta de devolución prepagada en la caja.
3. Llame a NovaSom o a UPS para recoger el dispositivo.

Preguntas frecuentes

¿Qué sucede si necesito levantarme durante la noche?
Deje los sensores en su lugar y conectados al AccuSom en su brazo. Puede moverse y regresar a su cama.

¿Qué sucede si el mensaje de voz dice "Revise el sensor del pecho"? Vuelva a colocar el sensor del pecho y ajústelo. El mensaje de voz dirá "Sensor del pecho funcionando" y la luz del sensor del pecho cambiará a verde. Esto se puede demorar unos 30 segundos. Si la luz del sensor del pecho no cambia a verde, presione el tubo del cinturón del sensor del pecho entre dos dedos. Si la luz todavía no cambia a verde, llame a NovaSom.

¿Qué sucede si el mensaje de voz dice "Revise el sensor de respiración"?
Vuelva a colocar el sensor de respiración de manera que quede ubicado justo por encima del labio superior y esté en el medio debajo de la nariz. Asegúrese de que el lado que tiene los cinco agujeros pequeños esté orientado hacia su boca. El mensaje de voz dirá "Sensor de respiración funcionando" y la luz del sensor de respiración cambiará a verde. Esto se puede demorar unos 30 segundos. Si la luz todavía no cambia a verde, llame NovaSom.

¿Qué sucede si el mensaje de voz dice "Revise el sensor del dedo"?
Asegúrese de que el sensor del dedo esté correctamente colocado sobre la punta del dedo, que el cable esté conectado al dispositivo y que haya quitado completamente cualquier esmalte oscuro en la uña del dedo. Una vez que haya colocado nuevamente el sensor del dedo de manera correcta, la luz del sensor del dedo cambiará a verde y el mensaje de voz dirá "Sensor del dedo OK."
Esto se puede demorar unos 30 segundos. Si la luz no cambia a verde, llame a NovaSom.

¿Qué sucede si la luz de encendido está apagada?
Presione el interruptor ON/OFF con firmeza por 2 segundos y suéltelo para encender el dispositivo. Si la luz todavía no cambia a verde, es posible que la carga de la batería esté demasiado baja. Conecte el dispositivo al cargador y encienda el dispositivo. Si la luz todavía no cambia a verde, llame a NovaSom.

Help Line: 1-877-753-3776

El dispositivo AccuSom es fabricado y mantenido por:

NovaSom®
Innovative Sleep Solutions

Para obtener ayuda con la prueba las 24 horas del día, los 7 días de la semana, llame al: (877) 753-3776

Para todas las demás preguntas, llame durante el horario de atención:
Lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 10:00 p. m., hora standard del este
Sábados: de 9:00 a. m. a 5:30 p. m., hora standard del este

NovaSom, Inc.
801 Cromwell Park Drive, Suite 108
Glen Burnie, MD 21061 www.novasom.com

AccuSom™ is a trademark of NovaSom, Inc. 2014
Form 14000 AccuSom Spanish 1 Night User Manual – Rev C (DCR: 11339)